
UCCFusion installation guide

Document part number H-1000-5198-03-B



Product generic information

Care of equipment

Renishaw probes and associated systems are precision tools used for obtaining precise measurements and must therefore be treated with care.

Changes to Renishaw products

Renishaw reserves the right to improve, change or modify its hardware or software without incurring any obligations to make changes to Renishaw equipment previously sold.

Warranty

Renishaw plc warrants its equipment for a limited period (as set out in our Standard Terms and Conditions of Sale) provided that it is installed exactly as defined in associated Renishaw documentation.

Prior consent must be obtained from Renishaw if non-Renishaw equipment (e.g. interfaces and/or cabling) is to be used or substituted. Failure to comply with this will invalidate the Renishaw warranty.

Claims under warranty must be made from authorised service centres only, which may be advised by the supplier or distributor.

Trademarks

Windows XP, Window 7 and Windows Vista are registered trade names of the Microsoft Corporation.

All trademarks and trade names are acknowledged.

FCC information for the UCCFusion controller

EC declaration of conformity

Renishaw plc declares that the UCCFusion complies with the applicable standards and regulations. A copy of the EC declaration of conformity is available on request.

Information to user (FCC section 15.105)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the installation manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case you will be required to correct the interference at your expense.

Information to user (FCC Section 15.21)

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Renishaw plc or authorised representative could void the user's authority to operate equipment.

Special accessories (FCC Section 15.27)

The user is also cautioned that any peripheral device installed with this equipment such as a computer, must be connected via a high-quality shielded cable to ensure compliance with FCC limits.

WEEE



The use of this symbol on Renishaw products and/or accompanying documentation indicates that the product should not be mixed with general household waste upon disposal. It is the responsibility of the end user to dispose of this product at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE) to enable reuse or recycling. Correct disposal of this product will help to save valuable resources and prevent potential negative effects on the environment. For more information, please contact your local waste disposal service or Renishaw distributor.

Safety recommendations for the UCCFusion controller

Environmental conditions

Indoor use	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitude	up to 2000 m
Operating temperature	+5 °C to +50 °C
Storage temperature	-25 °C to +70 °C
Relative humidity	80% maximum (non-condensing) for temperatures up to +31 °C Linear decrease to 50% at +40 °C
Transient voltages	Installation category II
Pollution degree	2

NOTE: It may be necessary to house UCCFusion in a suitable electrical enclosure according to the installation's environmental conditions to obtain a higher IP rating.

NOTE: For ambient temperatures under 40 degrees Celsius, maximum input power for the UCCFusion is 720W. Temperatures between 40 and 50 degrees Celsius the maximum power is 400W.

WARNING: UCCFusion is not recommended for use in ambient temperatures above 50 degrees Celsius.

WARNING: Earthing provisions for the complete machine is the responsibility of the OEM or installer.

WARNING: Isolation: UCCFusion is isolated from the DC power supply by disconnection of the power connector. If any additional means of isolation is required, it must be specified and fitted by the machine manufacturer or the installer of the product. The isolator must be sited within easy reach of the CMM operator and comply with IEC61010 and any applicable national wiring regulations for the country of installation.

WARNING: The PSU must be single fault tolerant, approved to EN60950-1 and must be connected to a supply incorporating a protective earth conductor. Earthing provisions and residual fault protection for the complete machine is the responsibility of the OEM or installer.

Machine safety

WARNING: Switching off or isolating the UCCFusion may NOT prevent unexpected machine movement. The user is advised to isolate the machine from the electricity supply, compressed air or other energy sources in accordance with the machine manufacturer's instructions before entering the danger zone or performing any maintenance operations.

If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

The emergency stop safety system that has been integrated into the UCCFusion controller is designed to achieve category 2 to standard BS EN ISO13849-1:2008, this can be hardware configured to obtain category B. The risk assessment made by the system installer on the installation should therefore have determined which category is required.

The UCCFusion must only be commissioned through Renishaw software, failure to do so may result in unexpected machine movement.

References and associated documents

It is recommended that the following documents are referred to when installing the UCCFusion controller.

Renishaw documents

Associated documentation is available from www.renishaw.com.

Document number	Title
H-1000-5067	MCU Installation and user's guide
H-1000-5071	PH10 Installation guide
H-1000-5029	PI200 Installation guide

Connecting the UCCFusion to the host PC

USB connection


Renishaw's UCCsuite software includes all the necessary drivers and utilities to permit the system to be commissioned and operate under the I++ DME interface protocol. The UCCFusion communicates to the host PC using a USB1.1 communication link. This limits the maximum USB cable distance between the units to 5 m.

Software installation

The UCCFusion controller is supported on UCCsuite version 4.4.5 software or later.

- The UCCsuite software is automatically installed when the application is run.
- The software can be obtained online at www.renishaw.com/cmmsupport or from your local Renishaw supplier.
- Follow the prompts to install the UCCserver software by clicking on the “Next or “Yes” buttons as appropriate.
- When the “Installation successfully completed” screen appears you are ready to connect your UCCFusion .


Earth bonding scheme to achieve an adequate level of protective earthing and RF immunity




System interconnections

The UCCFusion provides a simpler means of interconnecting many of the sub-systems (e.g. a probe head) in a measuring system.


TP2 / TP20 / TP6 - 2 wire touch-trigger probe system for UCCFusion




TP200 touch-trigger probe system for UCCFusion




PH10 probe head and 2-wire touch-trigger probe system for UCCFusion



PH10 probe head and TP200 touch-trigger probe system for UCCFusion



Installation of the UCCFusion




Mounting the UCCFusion

The UCCFusion unit draws air from the right hand side when viewed from the front and expels air out of the left hand side. A minimum clearance gap of 10 mm is necessary between the sides of the unit and any potential obstruction. The dimensions shown on the above drawing are in mm (in).

Fitting mounting brackets (optional)

Mounting kit (A-5518-0005)

NOTE: The screws supplied with this kit are M5 × 6 mm countersink type.



The UCCFusion machine controller and power amplifier is an addition to the Renishaw CMM controller family of products.

The UCCFusion CMM controller offers the following machine controller capability:

- 3 axis CMM motion control.

- Comprehensive machine input and output signal capability supporting: air pressure, individual machine inner and outer limit switches, two general purpose input signals and one general purpose output signal.
- Compatibility with the Renishaw PHC10 controller.
- Direct interfacing support for TP1, TP2, TP6 and TP20 touch-trigger probes.
- Support of the Renishaw Probe Interface Connection System (PICS), PI200, PI7-2, OPI6
- A +24V supply for use by the CMM switches.
- Support for up to 600 W machine power (power supply dependent)
- Support of Renishaw MCULite, MCULite-2, MCU1 and MCU5 joysticks.
- Software configurable to a maximum of 60 V on an individual axis basis.
- Software configurable to a maximum of 10 A on an individual axis basis.
- Support for either Encoder / Tacho or Linear Encoders (torque mode) for velocity feedback.
- Offering either Category 2 or Category B emergency stop systems.
- Simulated Linear power amplifier – Drive outputs are free from switching edges. Eliminating noise from drive PWM improves repeatability and reduces emissions.

General wiring standards for the installation of the UCCFusion controller

To achieve reliable operation of the UCCFusion and the CMM host computer, the following should be observed:

- The PSU must be single fault tolerant, approved to EN60950-1 and must be connected to a supply incorporating a protective earth conductor. Earthing provisions and residual fault protection for the complete machine is the responsibility of the OEM or installer.
- The system must be PAT tested before the equipment is powered.
- All signal cables **MUST** be screened and all cable screens should be connected electrically to the cable connector's metal shells.
- It is recommended that screens for motor cables should be connected to the shell on the UCCFusion end and connected to the motor housing at the CMM end.
- Signal cables such as tacho and scale cables should be connected to the UCCFusion and have a cable shield that runs to the machine but is left unconnected at the machine end.
- Motor screens should be connected to both the UCCFusion and the motor housing.
- Please refer to appropriate product installation guides when other Renishaw components (PH10, PI200 etc) are integrated into the system.
- All cables that are used to connect the UCCFusion to the CMM (that are not data cables) must have a minimum cross section of 0.3 sq. mm. (as specified in EN 60204-1 para.12.6.) UCCFusion has a maximum voltage of 80 Vdc and peak current is 10 amps. The actual peak current will be dependent on the size of the motor fitted and how hard it needs to be driven, so cable sizes need to be calculated by the system installer.
- All cable connectors should be secured to the UCCFusion by the connector jack screws.

The power input to the UCCFusion controller is via a 3W3 connector; refer to the [Connector and signals](#) section for more information.


UCCFusion power requirements

The UCCFusion controller requires 30 W of power to support the controller functions integrated into the unit; this must be factored into the power supply used.

Connectors and signals for the UCCFusion controller


Rear panel

The connectors on the rear panel of the UCCFusion controller enclosure are shown below:



DC power in

3W3 socket. The UCCFusion controller is powered from an external DC power source through this connector, which can be purchased in a connector kit from Renishaw.



Pin	Function
A1	0 V
A2	24-60 V
A3	0 V

Pins 1 and 3 are joined together via a low impedance path.

DC power specification

- Voltage 24 to 60 V
- Current input to 10 A

The UCCFusion controller requires 30 W of power to support the controller functions integrated into the unit, this must be factored into the power supply used.

CAUTION: For ambient temperatures between 40 and 50 degrees celcius , the maximum input power should be 400W.

CAUTION: UCCFusion is not recommended for use in ambient temperatures above 50 degrees celcius.

Regenerating loads

The UCCFusion controller can be attached to motors that cause a regeneration of voltage during the deceleration stage of machine motion. The system integrator must ensure that the power supply used in the installation will permit any regenerative voltage to be accepted without failure.


NOTE: If the power supply is not able to withstand this regenerative voltage from the motors then a suitable diode must be wired in series with the positive supply to isolate this event.

E-STOP

The E-STOP connector is provided to allow connection of an external EMERGENCY STOP switch into the UCCFusion system. The machine manufacture or product installer must perform a risk assessment to determine the requirements for emergency stopping and emergency switching off. The UCCFusion emergency stop safety system is designed to achieve category 2 or Category B implementation as selected by the installer's risk assessment (refer to BS EN ISO13849-1:2008 para. 5.2.2.)

The connection on the UCCFusion is a 9WD plug connector with the following connections:

Pin number	Function
1	E-STOP A (+24V)
2	Not connected
3	Not connected
4	E-STOP B1
5	Not connected
6	E-STOP A (+24V)
7	E-STOP B2
8	Not connected
9	RESET



E-STOP connector. View on face of socket (rear of plug)

E-STOP electrical characteristics

Any emergency stop components fitted to this connector must have the following electrical characteristics:

Emergency stop system voltage : 24 V

Emergency stop system current : 1 A

All connections to this connector should be fitted by a competent technician or engineer and that all wires should be sleeved. Any emergency stop devices added to the E-STOP chain should meet the requirements of IEC 60947-5-1 (Low-voltage switchgear and control gear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices) or UL1054 (Standard for special-use switches).

NOTE: If there are no additional emergency stop devices to be added to the system, connect pin 1 to pin 4, and pin 6 to pin 7 to permit the UCCFusion emergency stop switch to function.

NOTE: If the RESET signal is not used connect pin 6 (E-STOP A) to pin 9 (RESET).

If indicated by the user's risk assessment, a 'manual reset' button (refer to BS EN ISO13849-1:2008 para. 5.2.2.) should be included in the emergency stop system. A reset switch is required when there is limited visibility of the danger zone from the control position. The reset switch must be positioned outside the danger zone and in a safe position from which it may be determined that no person is within the danger zone before resetting the safety system.

NOTE: Periodically cycle E-STOP buttons, reset push buttons and check for correct position.

The E-STOP buttons should be cycled regularly by operators to ensure correct operation. The frequency of testing having been determined by user risk assessment.


If the reset push button has been fitted it should be tested regularly by operators to ensure correct operation. The frequency of testing having been determined by user risk assessment.

CAUTION: It is strongly recommended that the CMM manufacturer or retrofitter includes a periodic test of the emergency stop and, if fitted, the associated reset switch, in their maintenance instructions.


E-stop with reset implementation

There are five methods implementing the E-STOP circuit.

Single pole E-STOP E-STOP button with reset.




Dual pole E-STOP button with reset.




E-STOP without reset implementation

Single pole E-STOP button without reset.



Dual pole E-STOP button without reset.




Bypass plug

Pin number	Function				Pin number	Function
ESTOP_A	1				4	ESTOP_B1
ESTOP_A	6				7	ESTOP_B2
					9	RESET

Scale inputs

Provides RS422 compatible scale inputs for each of the machine axis through the 15 W HDD connectors.


NOTE: If the machine scale is of a different format (e.g. analogue, single ended) then this will require an external adapter.



Pin number	Function
1	External N/C
2	0 V supply
3	- Error
4	- Reference mark
5	- B signal
6	- A signal
7	+ 5.25 V supply
8	Reserved
9	
10	+ Error / limit switch Q
11	Limit switch P
12	+ Reference mark
13	+ B signal
14	+ A signal
15	Inner screen
Shell	

Scale supply voltage is 5.25 V at 350 mA from each readhead connector. Scale quadrature signals with ideal waveforms and phase displacement with an edge rate of up to 40 MHz.

Scale input signals to be to EIA specification RS-422:




UCCFusion input circuits for CMM readhead – scale and reference mark inputs

UCCFusion error interface circuit


Supports the error signal as integrated to the Renishaw range of RGH24 readheads. If the error signal is not integrated into the connected readhead then it is necessary to configure the connection as indicated below.

- -error (pin 3) link to 5.25 V (pin 7)



"Axis0, Axis1 and Axis2" motor drive connectors

Each motor connection is a 7W2 connector for connection of a CMM motor to the UCCFusion, as shown below:



Connector pin	Function
A1	Positive motor connection (default)
A2	Negative motor connection (default)
1	Positive tacho input (default)
2	Negative tacho input (default)
3	Ground reference
4	Negative tacho input (linked to pin 2)
5	Ground reference
Shell	Screen


The table shows the **default** polarity configurations for all pins.

NOTE: The motor and tacho polarities on the UCCFusion controller are software configured during the installation process. The maximum tacho voltage is 100 volts. If one terminal of the tacho is grounded the maximum voltage is reduced to 18 volts. It is recommended that a differential tacho is used.

CAUTION: The UCCFusion motor connections must be blanked off if not being used to prevent accidental contact which could result in an electric shock.

Encoder

Encoder based feedback for motor speed sensing via high density 15-way 'D' sockets which are designed to accept RS422 compliant signals.



Pin number	Function
1	Not connected
2	0 V supply
3	Not connected
4	Not connected
5	- B signal
6	- A signal
7	+ 5V supply
8	+ 5V supply
9	0 V supply
10	Not connected
11	Not connected
12	Not connected
13	+ B signal
14	+ A signal
15	0 V supply
Shell	Screen

Supply 5.25 V at 350 mA from each encoder connector.


MCU connector

Supports the Renishaw, MCUIlite-2, MCU1 or MCU5 joysticks.

Serial Comms: RS232

This connector is for use with a Renishaw motorised head controller (PHC10-2). Further details can be found in the Renishaw PHC10 installation guide H-1000-5071.

Pin number	Function
1	Not connected
2	Rx
3	Tx
4	DTR (high)
5	0V GND
6	Not connected
7	RTS
8	CTS
9	Not connected
Shell	Screen



Serial comms. View on face of socket (rear of plug)

Communication settings

This port is configured for the following communication settings:

Baud rate	9600
Data	7 bits
Parity	even
Stop	1 bit

Connection to a PHC10-2

To connect a PHC10-2 to the controller the following settings are needed

PHC10-2 dip switches

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
U	D	U	D	D	D	D	D	D	D	D	X	D	D	U	U	U	U

The cable connection for a PHC10-2 to a UCCFusion is as detailed below or can be purchased from Renishaw P/n A-5567-1622

PHC10-2 25 way D connector	Signal	UCCFusion 9 way D connector
Pin 2	Tx →	Pin 2
Pin 3	Tx ←	Pin 3

Pin 4	RTS → CTS	Pin 8
Pin 5	CTS ← RTS	Pin 7
Pin 7	Ground	Pin 5


PICS connector

The PICS connector can either be:

- Connected directly to the probe, in this configuration the UCCFusion will operate as the probe interface.
- Connected to a probe interface (PI200), in this configuration the UCCFusion will accept the trigger signals from the unit.

The connector is a 9 pin D socket, pinout as follows:

Pin number	Function
1	PICS STOP
2	PICS probe power off (PPOFF)
3	0 V
4	PICS LED anode
5	Probe signal
6	Reserved
7	PICS probe damping (PDAMP)
8	PICS LED off (LEDOFF)
9	Probe common
Shell	Screen



PICS connector. View on face of socket (rear of plug)

EXT SSC

No connection required.

Machine I/O

The 44-way (high density) socket provides connection for the CMM I/O.

The table below details the I/O pinout:

Pin number	Function	Description
1	+24 V DV	Supply provided for use on CMM switched
2	Air	Output to control an air solenoid
3	X brake	Output to control the X brake
4	Y brake	Output to control the Y brake
5	Z brake	Output to control the Z brake
6	Output 0	General purpose output signal
7 to 12	Reserved	
13	Input 0	General purpose input signal
14	Input 1	General purpose input signal
15 to 18	Reserved	
22	Low air	Low air pressure switch input
23	Crash	Crash detector switch input
25	X axis outer limit	CMM X axis limit switch input
26	- X axis outer limit	CMM X axis limit switch input
27	Y axis outer limit	CMM Y axis limit switch input
28	-Y axis outer limit	CMM Y axis limit switch input
29	Z axis outer limit	CMM Z axis limit switch input
30	-Z axis outer limit	CMM Z axis limit switch input
31	X axis outer limit	CMM X axis limit switch input
32	-X axis outer limit	CMM X axis limit switch input
33	Y axis outer limit	CMM Y axis limit switch input
34	-Y axis outer limit	CMM Y axis limit switch input
35	Z axis outer limit	CMM Z axis limit switch input
36	-Z axis outer limit	CMM Z axis limit switch input
37	24 V return	Common reference line for input and output signals
38 to 43	Reserved	
44	24 V return	Common reference line for input and output signals
Shell	Screen	

+24V DC

+24 V DC limited to 1 A.

Air

Pin 2 will be set low (to energise the air solenoid) on bootup and subsequently, provided there is no air failure. They will be set high on this transistor output signal active low controlled by the "engage command".

Brakes

During the commissioning process it is possible to invert the output from the brake connections from an active low signal to an active high.

General purpose output

It is an open collector pulled down to the 0 V (24 V return) line via an NPN transistor when activated. It is suitable for driving devices in the range 5 to 24 V with a maximum output current of 200 mA. If the output is not required then it should be left open circuit. The output is protected for excess voltage and over current within the controller.

Switched inputs

Two uncommitted inputs are provided. Each input is activated by being pulled down to the 0 V (24 V return line). The inputs are not opto isolated and are pulled up to 24 V via a 10 kohm resistor. These inputs can accept signal levels in the range of +5 V to +48 V, and need to be pulled below 1 V to signify a change in state.

De-clutch

Not supported.

Low air pressure

The low air pressure signal should be connected to a suitable air pressure switch. This input is monitored by the controller and when activated will remove power from the motors by causing a system fatal fault. During the commissioning process it is possible to invert this signal from an active low signal to an active high. If this capability is not required for integration to the system then it should be connected to the 0 V (24 V return line).

Crash

The crash signal is used to inform the UCCFusion of a collision of the mechanical structure of the machine. Typically this is a sensor that is fitted to the end of the CMM quill and if activated will remove power from the motors by causing a system fatal fault.

During the commissioning process it is possible to invert this signal from an active low signal to an active high. If this capability is not required for integration to the system then it should be connected to the 0V (24V return line).

Limit switches

The UCCFusion controller supports both inner and outer limit switches for all directions of machine axes. During the commissioning process it is possible to invert this signal from an active low signal to an active high. If this capability is not required for integration to the system then it should be connected to the 0 V (24 V return line).

Inner limit switches

If an inner limit is activated the UCCFusion system will perform a maximum movement de-acceleration in all axes to a stop and then perform a controlled axis back-off in the opposite direction as if a trigger event occurred.

Outer limit switches


If an outer limit is activated the UCCFusion system will immediately disengage all servo power to the machine drives. Recovery of this error is only possible by removing the outer limit switch activation i.e., by moving the machine off of the switch.

0V (24 V return)

This is the 0 V reference for all of the I / O signals.

Limit switch interface circuit

Scale based limit switch error signals are as integrated to the Renishaw range of RGH24 readheads.



UCCFusion visual diagnostics

UCCFusion visual diagnostics

A visual indication of the system status is provided by four LEDs on the front panel, providing assistance in diagnosing and rectifying system faults.

 USB comms active	 Servo status	 Probe seated	 Error	Description
				No power to UCCFusion
				Power applied to UCCFusion
				Waiting for download
				Downloading, USB data being passed
				Download successful
				Probe seated
				ESTOP released/OK
				Axes engaged
				Dynamic braking
				USB comms active
				Communications error, reboot required
				Scale error, reboot required
				Download failed, reboot required

LED status key	Description
	LED on
	LED flashing off/on
	LED flashing red/green
	LED off
	Any condition

UCCFusion power not switched ON

All LEDs OFF.

UCCFusion power switched ON

Axes status LED is ON.

UCCFusion start-up process

When powered on a self test and initialisation is performed

 USB comms active	 Servo status	 Probe seated	 Error	Description
				No power to UCCFusion
				Power applied to UCCFusion
				Waiting for download

If any of the tests fail, the failure mode is indicated on the status LEDs after about 15 seconds. When power cycling, a minimum of 10 seconds is recommended between power removal and reconnection.

After the UCCFusion has completed its self test the system is ready for the software to be downloaded. The sequence of the status LEDs are shown below.

 USB Comms Active	 Servo Status	 Probe Seated	 Error	Description
				Waiting for download
				Downloading, USB data being passed
				Download successful

UCCFusion controller troubleshooting

Fatal faults

The UCCFusion controller monitors a number of machine input/output signals and internal operational functions. If any of these reach a defined level where the system believes it is dangerous to operate, a fatal fault will be applied.

When a fatal fault is detected it is not possible to engage the servo system. There may be other faults that prevent the CMM from engaging. Not all are reported.

Reported fatal fault	Possible cause
Emergency stop	• Emergency stop system activated • Internal failure of servo power amplifier
Air pressure	• Air pressure low
Crash	• Crash switch activated
Scale failure	• Scale readhead failed • Scale “mis-count” • Scale not connected
Overspeed	The position demand has exceeded an internal defined limit • Failure of a tacho feedback • Incorrect scale resolution

Over temperature shutdown

The UCCFusion unit is designed for continuous power of up to 600 W. The unit will allow a supply current consumption of up to 12 A, which at 60 V is 720 W for a short period of time (milli-seconds).

If this is sustained for a prolonged period, or the unit is not used in an adequate environment such as poor ventilation or high ambient temperature, the unit will disengage the motors to protect itself. An over temperature warning will be reported to UCCserver.

Maintenance


Filter replacement

The UCCFusion controller has a positive air flow within its enclosure for cooling purposes; this system has a replaceable filter to protect it from the ingress of dust. The machine operator should check the condition of this filter on a regular basis. It is recommended that this filter is removed and checked / replaced as necessary during the machine installer or retrofitter's regular maintenance routine.

Exchanging / removing the air filter

The following procedure is recommended when exchanging / removing the air filter:

- Remove power from the controller.
- Remove the 19" rack mounting brackets (if fitted) by removing the two fixing screws.
- Individually pull the head of both the filter retaining clips away from the unit about 5 mm for them to disengage, this should permit the external filter cover to be pulled away.
- Remove the filter material from the filter recess; replacement part number of filter is A-5518-0011.
- Replace the filter using the reverse of the method given above.



Renishaw address

Renishaw plc.

New Mills

Wotton-under-Edge

Gloucestershire

GL12 8JR

United Kindom

+44 1453 524524

UCCFusion Installation guide appendix 1 - International safety recommendations

BG: Препоръки за безопасност за контролера UCCFusion

Условия на околната среда

Използване на закрито	IP30* (BS EN60529:1992)
Височина	до 2 000 м
Работна температура	От +5 °C до +50 °C
Температура за съхранение	От -25 °C до +70 °C
Относителна влажност	80% максимум (без кондензация) при температури до +31 °C Линейно намаление до 50% при +40 °C
Преходни напрежения	Installation category II
Степен на замърсяване	2

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да се сложи UCCFusion в подходящ електрически изолиран корпус съобразно условията на околната среда на инсталацията за получаване на по-висок клас на защита IP.

ЗАБЕЛЕЖКА: За околни температури под 40 градуса по Целзий, максималната входна мощност за UCCFusion е 800 Вт. При температури между 40 и 50 градуса по Целзий максималната мощност е 400 Вт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: UCCFusion не се препоръчва за употреба при температури над 50 градуса по Целзий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осигуряването на условия за заземяване на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изолация: UCCFusion се изолира от постояннотоковото захранване чрез откачване на съединителя на захранването. Ако се изискват допълнително средство за изолиране, то трябва да бъде посочено и монтирано от производителя на машината или монтажника на изделието. Изолаторът трябва да е разположен с лесен достъп до него от оператора на КИМ и да отговаря на IEC61010 и всяка приложима нормативна уредба за опроводяване в страната на монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващото устройство трябва да бъде толерантно към единични грешки, одобрено по EN60950-1 и трябва да бъде свързано със захранване, включващо защитен заземителен проводник. Осигуряването на условия за заземяване и защита от остатъчни грешки на комплектната машина е отговорност на производителя на оригиналното оборудване или монтажника.

Безопасност на машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключването или изолирането на UCCFusion HE може да предотврати неочаквано движение машина. На потребителя се препоръчва да изолира устройството от електрозахранването, сгъстен въздух или други източници на енергия в съответствие с инструкциите на производителя на машината, преди да влезе в опасната зона, или да извършва никакви дейности по поддръжка.

Ако оборудването се използва по начин, който не е указан от производителя, осигуряването от оборудването защита може да се влоши.

Предпазната система за аварийно спиране, която е вградена в контролера UCCFusion, има за цел да постигне категория 2 по стандарт BS EN ISO13849-1:2008, като това може да бъде конфигуриран хардуер за получаване на категория В. Оценката на риска от страна на монтажника на инсталацията е трябвало да определи коя категория е необходима.

UCCFusion трябва да бъде въведен в експлоатация само чрез софтуера на Renishaw, като неизпълнението на това изискване може да доведе до неочаквано движение на машината.

CS: Bezpečnostní doporučení pro řídicí systém UCCFusion

Podmínky prostředí

Pro vnitřní použití	IP30* (BS EN60529:1992)
Nadmořská výška	až 2 000 m
Rozsah pracovních teplot	+5 °C až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	maximálně 80 % (nekondenzující) pro teploty do +31 °C Lineární pokles na 50 % při +40 °C
Přechodná napětí	Installation category II
Stupeň znečištění	2

POZNÁMKA: Může být zapotřebí umístit systém UCCFusion do vhodného elektrického krytu podle podmínek prostředí instalace, abyste docílili vyšší třídy krytí IP.

POZNÁMKA: Při teplotách okolí pod 40 °C je maximální příkon systému UCCFusion 800 W. Při teplotách mezi 40 °C a 50 °C je maximální příkon 400 W.

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučuje se používat systém UCCFusion při teplotách okolí nad 50 °C.

UPOZORNĚNÍ: Za zajištění uzemnění celého stroje odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.

UPOZORNĚNÍ: Odpojení: Systém UCCFusion se odpojuje od napájení stejnosměrným proudem odpojením napájecího konektoru. Je-li zapotřebí další prostředek pro odpojení, musí být specifikován a instalován výrobcem stroje nebo tím, kdo produkt instaluje. Odpojovací prvek musí být umístěn ve snadném dosahu obsluhy souřadnicového měřicího stroje a splňovat normu IEC61010 a všechny příslušné státní předpisy pro zapojení platné v zemi instalace.

UPOZORNĚNÍ: Napájecí zdroj musí být odolný vůči jednoduchým poruchám, schválený podle normy EN60950-1 a musí být připojený k napájení vybavenému ochranným zemnicím vodičem. Za zajištění uzemnění a ochranu před zbytkovou chybou pro celý stroj odpovídá výrobce OEM nebo ten, kdo ho instaluje.

Bezpečnost stroje

UPOZORNĚNÍ: Vypnutí nebo odpojení systému UCCFusion NEMUSÍ zabránit nečekanému pohybu stroje. Uživatelé se doporučuje odpojit stroj od elektrického napájení, přívodu stlačeného vzduchu nebo jiných zdrojů energie v souladu s pokyny výrobce stroje dříve, než vstoupí do nebezpečného prostoru nebo bude provádět jakékoliv činnosti údržby.

Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít ke snížení ochrany poskytované zařízením.

Bezpečnostní systém pro nouzové zastavení zabudovaný do řídicího systému UCCFusion je navržen pro dosažení kategorie 2 podle normy BS EN ISO13849-1:2008, konfigurací hardwaru lze dosáhnout kategorie B. Vyhodnocení rizik provedené při instalaci tím, kdo systém instaluje, musí tedy určit, která kategorie je zapotřebí.

Systém UCCFusion musí být uveden do provozu pouze pomocí softwaru společnosti Renishaw, nedodržení této podmínky může způsobit nečekaný pohyb stroje.

DA: Sikkerhedsanbefalinger for UCCFusion-styring

Miljømæssige forhold

Indendørs brug	IP30* (BS EN60529:1992)
----------------	-------------------------

Højde	op til 2000 m
Driftstemperatur	+5 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C til +70 °C
Relativ fugtighed	80% maksimum (ikke-kondenserende) for temperaturer op til +31 °C Lineær reduktion til 50% ved +40 °C
Transiente spændinger	Installation category II
Forureningsgrad	2

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at anbringe UCCFusion i en egnet elektrisk indkapsling i overensstemmelse med de miljømæssige forhold ved installationen for at opnå en højere IP-værdi.

BEMÆRK: For omgivelsestemperaturer under 40 graders Celsius er den maksimale indgangseffekt for UCCFusion 800 W. For temperaturer mellem 40 og 50 graders Celsius er den maksimale effekt 400 W.

ADVARSEL: UCCFusion anbefales ikke til brug ved omgivelsestemperaturer over 50 graders Celsius.

ADVARSEL: Ansvaret for bestemmelserne om jordforbindelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.

ADVARSEL: Isolation: UCCFusion isoleres fra DC-strømforsyningen ved frakobling af strømtikket. Hvis der kræves yderligere måder at afbryde strømforsyningen på, skal de være specificeret og monteret af maskinproducenten eller installatøren af produktet. Afbryderen skal være placeret, så CMM-operatøren nemt kan nå den, og den skal overholde IEC61010 og eventuelle andre relevante nationale regulativer for ledningsføring i det land, hvor installationen foretages.

ADVARSEL: Strømforsyningen (PSU) skal være fejltolerant overfor enkelt-fejl, godkendt af EN60950-1 og tilsluttet til en strømforsyning med en beskyttende jordforbindelse. Ansvar for bestemmelserne om jordforbindelse og fejlstrømsbeskyttelse for hele maskinen ligger hos OEM eller installatør.

Maskinsikkerhed

ADVARSEL: Slukning eller isolation af UCCFusion forhindrer muligvis IKKE uventet bevægelse af maskinen. Det anbefales at brugeren isolerer maskinen fra el-forsyning, trykluft eller andre energikilder i overensstemmelse med maskinproducentens vejledning, før vedkommende går ind i en farezone eller foretager nogen form for vedligeholdelse.

Hvis udstyret anvendes på en måde, som ikke er specificeret af producenten, kan udstyrets beskyttelse blive påvirket.

Nødstopsystemet, der er blevet integreret i UCCFusion-styringen, er designet til at opnå kategori 2 i standard BS EN ISO13849-1:2008. Dette kan være hardwarekonfigureret for at opnå kategori B. Den risikovurdering, der er foretaget af systeminstallatøren, har derfor fastlagt, hvilken kategori der er nødvendig.

UCCFusion må kun idrives via Renishaw software - i modsat fald kan der ske uventet bevægelse af maskinen.

DE: Sicherheitsempfehlungen für die UCCFusion-Steuerung

Umgebungsbedingungen

Einsatz im Haus/Messraum	IP30* (BS EN60529:1992)
Höhe ü.NN	bis 2.000 m
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb	+5 °C bis +50 °C
Zulässiger Temperaturbereich für die Lagerung	-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80% (nicht kondensierend) für Temperaturen bis zu +31 °C Linearer Abfall auf 50% bei +40 °C
Kurzzeitige Überspannungen	Installation category II

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

HINWEIS: Je nach Umgebungsbedingungen am Aufstellort ist die UCCFusion-Steuerung möglicherweise in einem geeigneten Elektrogehäuse unterzubringen, um eine höhere IP-Schutzklasse zu erreichen.

HINWEIS: Bei Umgebungstemperaturen unter 40 °C beträgt die maximale Eingangsleistung für die UCCFusion 800W. Bei Temperaturen zwischen 40 und 50 °C beträgt die maximale Spannungsversorgung 400W.

ACHTUNG: UCCFusion sollte nicht in Umgebungstemperaturen über 50 °C eingesetzt werden.

ACHTUNG: Für die Erdung der kompletten Maschine ist der Maschinenhersteller bzw. Installationstechniker verantwortlich.

ACHTUNG: Isolierung: UCCFusion wird durch Abziehen des Netzgerätesteckers von der Spannungsversorgung getrennt. Wird eine weitere Abschaltmöglichkeit benötigt, ist diese zu spezifizieren und vom Maschinenhersteller oder Installationstechniker für das Produkt einzubauen. Der Trennschalter muss für den CMM-Bediener leicht erreichbar sein und IEC61010-Bestimmungen, wie auch alle anderen gültigen nationalen Verdrahtungsvorschriften im Installationsland erfüllen.

ACHTUNG: Das Stromversorgungsmodul muss das Kriterium der Einzelfehlertoleranz erfüllen, gemäß EN60950-1 zugelassen sein und an eine Spannungsversorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden. Für die Erdung und den weiteren Fehlerstromschutz der kompletten Maschine ist der Maschinenhersteller bzw. Installationstechniker verantwortlich.

Maschinensicherheit

ACHTUNG: Das Abschalten der UCCFusion oder Trennen ihrer Spannungsversorgung ist KEIN Schutz vor unerwarteten Maschinenbewegungen. Der Bediener sollte, gemäß der Herstelleranweisung, die Stromversorgung, Druckluft und andere Energiequellen der Maschine trennen, bevor er die Gefahrenzone betritt bzw. Wartungsarbeiten durchführt.

Wird das Gerät für einen nicht vom Hersteller spezifizierten Zweck benutzt, kann dies zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät bereitgestellten Schutzes führen.

Die in der UCCFusion-Steuerung integrierte Notaus-Sicherheitsvorrichtung wurde entwickelt, um Kategorie 2 des Standards BS EN ISO13849-1:2008 zu genügen. Über eine Konfiguration der Hardware kann Kategorie B erzielt werden. Die Risikobeurteilung, die der Installationstechniker bei Einrichtung des Systems vorgenommen hat, sollte daher eine Angabe enthalten, welche Kategorie benötigt wird.

Die UCCFusion darf ausschließlich durch Renishaw Software betrieben werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu unerwarteten Maschinenbewegungen führen.

EL: Συστάσεις ασφαλείας για τον ελεγκτή UCCFusion

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Χρήση σε εσωτερικό χώρο	IP30* (BS EN60529:1992)
Υψόμετρο	έως 2000 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 °C έως +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 °C έως +70 °C
Σχετική υγρασία	μέγιστο 80% (χωρίς συμπύκνωση) για θερμοκρασίες έως +31 °C Γραμμική μείωση σε 50% στους +40 °C
Μεταβατικές τάσεις	Installation category II
Βαθμός μόλυνσης	2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως απαιτείται να στεγάσετε τον UCCFusion σε ένα κατάλληλο ηλεκτρικό περίβλημα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της εγκατάστασης, ώστε να λάβετε μια υψηλότερη κατηγορία IP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 40 βαθμών Κελσίου, η μέγιστη ισχύς εισόδου για τον UCCFusion είναι 800W. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 50 βαθμών Κελσίου, η μέγιστη ισχύς είναι 400W.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο UCCFusion δεν προτείνεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 50 βαθμών Κελσίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παροχή γείωσης για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θέση εκτός τάσης: Ο UCCFusion απομονώνεται από την παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) αποσυνδέοντας το βύσμα ισχύος. Εάν απαιτούνται οποιαδήποτε συμπληρωματικά μέσα απομόνωσης, πρέπει αυτά να καθοριστούν και να τοποθετηθούν από τον κατασκευαστή της μηχανής ή από τον εγκαταστάτη του προϊόντος. Ο απομονωτής πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από το χειριστή του CMM και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC61010 και με οποιουδήποτε εφαρμοζόμενους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων για τη χώρα εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το PSU πρέπει να έχει ανοχή ενός σφάλματος, έγκριση σύμφωνα με το EN60950-1 και πρέπει να έχει συνδεθεί σε τροφοδοσία, η οποία θα περιλαμβάνει αγωγό προστατευτικής γείωσης. Η παροχή γείωσης και η υπολειπόμενη προστασία σφάλματος για ολόκληρο το μηχάνημα είναι ευθύνη του Κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού ή του εγκαταστάτη.

Ασφάλεια μηχανήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διακοπή ή απομόνωση του UCCFusion ΔΕΝ μπορεί να εμποδίσει μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος. Συνιστάται στο χρήστη να απομονώνει το μηχάνημα από την ηλεκτρική τροφοδοσία, τον συμπιεσμένο αέρα ή άλλες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή μηχανήματος, προτού εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη ή προτού διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με τρόπο μη προδιαγεγραμμένο από τον κατασκευαστή, η παρεχόμενη προστασία του εξοπλισμού πιθανώς να παρεμποδίζεται.

Το σύστημα Σταματήματος Έκτακτης Ανάγκης το οποίο έχει ενσωματωθεί στον ελεγκτή UCCFusion είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει την κατηγορία 2 στο πρότυπο BS EN ISO13849-1:2008. Σε αυτό μπορεί να γίνει διαμόρφωση του υλικού ώστε να λαμβάνεται η κατηγορία B. Για το λόγο αυτό με την αξιολόγηση κινδύνου που γίνεται από τον εγκαταστάτη συστήματος κατά την εγκατάσταση πρέπει να καθορίζεται ποια κατηγορία απαιτείται.

Ο UCCFusion πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο μέσω του λογισμικού της Renishaw. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη αναμενόμενη κίνηση του μηχανήματος.

ES: Recomendaciones de seguridad del control UCCFusion

Condiciones ambientales

Uso en interiores	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitud	hasta 2.000 m
Temperatura de funcionamiento	+5 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Humedad relativa	80% máximo (sin condensación) para temperaturas hasta +31 °C Reducción lineal hasta el 50% a +40 °C
Voltaje de sobretensión	Installation category II
Nivel de contaminación	2

NOTA: Dependiendo de las condiciones ambientales de la instalación, podría ser necesario ubicar el control UCCFusion en un armario eléctrico adecuado para obtener una tasa de IP superior.

NOTA: Para temperaturas ambientales hasta 40 grados Celsius, la potencia máxima de entrada del control UCCFusion es de 800W. Para temperaturas entre 40 y 50 grados Celsius, la potencia máxima es de 400W.

ADVERTENCIA: Se recomienda no utilizar el control UCCFusion con una temperatura ambiente superior a 50 grados Celsius.

ADVERTENCIA: Las conexiones de toma a tierra necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante de la máquina o el instalador.

ADVERTENCIA: Aislamiento: El control UCCFusion se aísla de la alimentación de CC desconectando el interruptor de alimentación. Si es necesario algún otro método de aislamiento adicional, debe especificarse e instalarse por el fabricante de la máquina o el instalador del producto. El aislante se colocará en un punto de fácil acceso para el operario de la MMC, y debe cumplir la norma IEC61010 y las regulaciones de cableado correspondientes al país de la instalación.

ADVERTENCIA: La unidad de alimentación o PSU debe ser tolerante a fallos sencillos, según la norma EN60950-1, y debe conectarse a la fuente de alimentación mediante un cable con protección de toma de tierra. Las conexiones de toma a tierra y la protección contra fallos residuales necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante o el instalador.

Seguridad de la máquina

ADVERTENCIA: Apagar o aislar el control UCCFusion NO evita necesariamente un movimiento imprevisto de la máquina. Para evitar movimientos imprevistos, el operario deberá desconectar la máquina de la toma eléctrica, el aire comprimido o cualquier otra fuente de energía, según las instrucciones del fabricante, antes de acceder a zonas peligrosas o realizar operaciones de mantenimiento.

Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la protección del equipo puede resultar inutilizada.

El sistema de seguridad de parada de emergencia integrado en el control UCCFusion ha sido diseñado para cumplir la categoría 2 del estándar BS EN ISO13849-1:2008, no obstante, el hardware puede configurarse para obtener la categoría B. La categoría necesaria deberá ser determinada por el técnico de sistemas mediante la evaluación de riesgos durante la instalación.

El control UCCFusion debe utilizarse únicamente mediante el software de Renishaw, de lo contrario, pueden producirse movimientos imprevistos de la máquina.

ET: UCCFusioni kontrolleri ohutusjuhend

Keskkonnatingimused

Kasutamine siseruumides	IP30* (BS EN60529:1992)
Kõrgus	kuni 2000 m
Töötemperatuur	+5 °C kuni +50 °C
Hoidmistemperatuur	25 °C kuni +70 °C
Suhteline õhuniiskus	maksimaalselt 80% (mittekondenseeruv) kuni +31 °C temperatuuride puhul Lineaarne vähenemine 50%-ni temperatuuril +40 °C
Siirdepinged	Installation category II
Saasteaste	2

MÄRKUS. Suurema IP-taseme saamiseks võib olla vajalik paigutada UCCFusion paigalduskoha keskkonnatingimustele vastavasse sobivasse elektrilisse ümbrisesse.

MÄRKUS. Madalama kui 40 °C ümbritseva temperatuuri korral on UCCFusioni suurim sisendvõimsus 800 W. Temperatuurivahemikus 40 kuni 50 °C on suurim võimsus 400 W.

HOIATUS. UCCFusionit ei soovitata kasutada kõrgema kui 50 °C ümbritseva temperatuuri juures.

HOIATUS. Maandamisvõimaluste loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.

HOIATUS. Isolatsioon. UCCFusion on vahelduvvooluvarustusest isoleeritud voolulüliti lahtiühendamise kaudu. Kui esineb vajadus täiendavate isoleerimisviiside järele, tuleb need määratleda ja paigaldada masina tootjal või toote paigaldajal. Isolaator peab asuma koordinaatmõõtemasina operaatorile kergelt ligipääsetavas kohas ja olema kooskõlas IEC61010 ning teiste juhtmestikke puudutavate kohalduvate riiklike eeskirjadega.

HOIATUS. PSU peab olema ühe rikke kindel, EN60950-1 kohase heakskiiduga ning ta peab olema ühendatud kaitsvat maandusjuhti sisaldava vooluvarustusega. Maandamisvõimaluste ja jääkrikke kaitse loomine masinale tervikuna on seadmete tootja või paigaldaja kohustus.

Masina ohutus

HOIATUS. UCCFusioni väljalülitamine või isoleerimine EI pruugi masina ootamatut liikumist ära hoida. Kasutajal soovitatakse isoleerida masin vooluvarustusest, suruõhust või teistest energiaallikatest masina tootja instruksioonide kohaselt enne, kui sisenetakse ohutsooni või asutakse tegema hooldustoiminguid.

Kui seadet kasutatakse viisil, mida tootja ei ole ette näinud, võib seadme pakutav kaitse väheneda.

UCCFusioni kontrollerrisse sisseehitatud hädaseiskamise turvasüsteem on mõeldud saavutama standardi BS EN ISO13849-1:2008 2. kategooriat, kuid selle riistvara on võimalik konfigureerida ka B kategooria saavutamiseks. Seetõttu peaks süsteemi paigaldaja tehtud ohtude hindamine paigalduskohale tegema kindlaks, milline on vajalik kategooria.

UCCFusionit võib kasutusse võtta ainult Renishaw tarkvara abil. Sellest mitte kinnipidamine võib tuua endaga kaasa masina ootamatu liikumise.

FI: Turvallsuussuositukset UCCFusion-ohjaimelle

Ympäristöolosuhteet

Käyttö sisätiloissa	IP30* (BS EN60529:1992)
Korkeus maan pinnasta	enintään 2000 m
Käyttölämpötila	+5 °C... +50 °C
Varastointilämpötila	-25 °C... +70 °C
Suhteellinen kosteus	enintään 80 % (tiivistymätön) lämpötilaan +31 °C saakka Lineaarinen pieneneminen 50 %:iin saakka lämpötilassa +40 °C
Siirtojännitteet	Installation category II
Saastumisaste	2

HUOMAA: UCCFusion saattaa olla tarpeen koteloida sopivaan sähkörasiaan asennuspaikan ympäristön olosuhteiden mukaan paremman IP-luokituksen saavuttamiseksi.

HUOMAA: Kun ympäristön lämpötila on alle 40 °C, UCCFusion-ohjaimen suurin syöttöteho on 800 W. Lämpötiloissa 40 °C ... 50 °C suurin teho on 400 W.

VAROITUS: UCCFusion-ohjainta ei suositella käytettävän yli 50 °C lämpötiloissa.

VAROITUS: Koko koneen maadoituksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.

VAROITUS: Eristys: UCCFusion eristetään tasavirtalähteestä irrottamalla virtaliitin. Jos muita eristämistapoja tarvitaan, ne tulee määritellä ja asentaa koneen valmistajan tai tuotteen asentajan toimesta. Eristyskytkin on sijoitettava standardin IEC61010 ja asennuspaikalla voimassa olevien sähkötekniisten asennusohjeiden mukaisesti sellaiseen paikkaan, jossa se on helposti CMM-käyttäjän ulottuvilla.

VAROITUS: PSU-yksikön tulee olla vikasetoinen, hyväksytty standardin EN60950-1 mukaisesti ja liitetty suojavaadoitusjohtimella varustettuun virtalähteeseen. Koko koneen maadoituksen ja muiden vikasuojauksen toteuttaminen on OEM-valmistajan tai asentajan vastuulla.

Koneen turvallisuus

VAROITUS: UCCFusion-ohjaimen kytkeminen pois päältä tai eristäminen EI välttämättä estä odottamattomia koneen liikkeitä. Käyttäjää kehoitetaan eristämään kone sähkövirtalähteestä, paineilmalähteestä ja muista energialähteistä koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen kulkemista vaaralliselle alueelle tai huoltotohtävien suorittamista.

Jos laitetta käytetään valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla, sen suojavaikutus voi olla puutteellinen.

UCCFusion-ohjaimeen integroidut hätäpysäytysjärjestelmät ovat standardin BS EN ISO13849-1:2008 luokan 2 mukaisia, ja luokan B mukainen taso saavutetaan asianmukaisten laitekonfiguraatioiden avulla. Järjestelmän asentajan on tehtävä riskiarviointi asennuspaikalla ja määritettävä sen perusteella, mikä luokitus vaaditaan.

UCCFusion-ohjaimen saa ottaa käyttöön vain Renishaw-ohjelmiston avulla, koska muussa tapauksessa voi seurauksena olla odottamattomia koneen liikkeitä.

FR: Recommandations de sécurité pour le contrôleur UCCFusion

Conditions d'environnement

Utilisation intérieure	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitude	Jusqu'à 2 000 m
Température d'utilisation	de +5 °C à +50 °C
Température de stockage	de -25 °C à +70 °C
Humidité relative	80 % maximum (sans condensation) pour les températures jusqu'à +31 °C Réduction linéaire à 50 % à +40 °C
Tensions transitoires	Installation category II
Degré de pollution	2

REMARQUE : Il peut être nécessaire de mettre l'UCCFusion dans une enceinte électrique adéquate suivant les conditions d'environnement de l'installation pour obtenir un niveau IP supérieur.

REMARQUE : Pour les températures ambiantes inférieures à 40 °C, la puissance d'alimentation maximale de l'UCCFusion est de 800 W. Pour des températures entre 40 et 50 °C, cette puissance est de 400 W.

ATTENTION : Il est déconseillé d'utiliser l'UCCFusion à des températures ambiantes supérieures à 50 °C.

ATTENTION : Il incombe à l'équipementier ou à l'installateur de prévoir une mise à la terre de toute la machine.

ATTENTION : Sectionnement : L'UCCFusion est coupé de l'alimentation c.c. par déconnexion du connecteur électrique. Si un moyen de sectionnement complémentaire est nécessaire, il doit être spécifié et installé par le constructeur de la machine ou l'installateur du produit. Ce sectionneur doit être facilement accessible par l'opérateur de la MMT et conforme à la norme IEC61010 ainsi qu'à toute réglementation de câblage applicable dans le pays d'installation.

ATTENTION : Le bloc d'alimentation doit avoir une tolérance à une panne, homologuée suivant EN60950-1, et doit être branché sur une alimentation intégrant un conducteur de terre. Il incombe à l'équipementier ou à l'installateur de prévoir une mise à la terre et une protection contre les pannes résiduelles de toute la machine.

Sécurité machine

ATTENTION : Mettre l'UCCFusion hors tension ou l'isoler N'EXCLUE PAS des mouvements inattendus de la machine. Il est conseillé à l'utilisateur d'isoler celle-ci des alimentations électrique, d'air comprimé et d'autres sources d'énergie conformément aux instructions du constructeur de la machine avant de pénétrer dans la zone de danger ou de réaliser des opérations de maintenance.

L'utilisation de cet équipement d'une manière non spécifiée par le constructeur peut compromettre la protection dont cet équipement est pourvu.

Le système de sécurité par arrêt d'urgence intégré au contrôleur UCCFusion est conçu suivant les critères de Catégorie 2 de la norme BS EN ISO13849-1 :2008 ; le matériel permet une configuration pour répondre à la Catégorie B. L'évaluation

de risque effectuée par l'installateur lors de l'installation du système doit donc avoir déterminé la catégorie requise.

L'UCCFusion doit être mis en service exclusivement par un logiciel Renishaw car sans cela des mouvements inattendus de la machine pourraient avoir lieu.

GA: Moltaí sábháilteachta don rialaitheoir UCCFusion

Dálaí timpeallachta

Úsáid laistigh	IP30* (BS EN60529:1992)
Airde	suas go 2000m
Teocht oibriúcháin	+5 °C go +50 °C
Teocht stórála	-25 °C go +70 °C
Bogthaise choibhneasta	Uasmhéid 80% (neamh-chomhdhlúthú) do theochtaí suas go +31°C Laghdú líneach go 50% ag +40 °C
Voltais neamhbhuana	Installation category II
Méid truaillithe	2

NÓTA: D'fhéadfadh riachtanas bheith ann UCCFusion a fheireadh in iniamh leictreach oiriúnach de réir dálaí timpeallachta an fhearaís chun rátáil IP níos airde a bhaint amach.

NÓTA: I dtaca le teochtaí timpeallacha faoi 40 céim Celsius, is é 8000w cumhacht ionchuir uasmhéid don UCCFusion. Is é 400w an chumhacht uasmhéid do theochtaí idir 40 agus 50 céim Celcius.

RABHADH: Níl UCCFusion molta le húsáid i dteochtaí timpeallacha níos airde ná 50 céim Celcius.

RABHADH: Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe don mheaisín iomlán.

RABHADH: Aonrú: Tá UCCFusion aonraithe ón soláthar cumhachta DC trí dhínascú den naschoir cumhachta. Má tá aon mhodhanna aonraithe breise riachtanach, ní mór do dhéantúsóir an mheaisín nó suiteálaí an táirge é a mhionsonrú agus a shuiteáil. Ní mór an t-aonraitheoir a shuiteáil cóngarach don oibritheoir CMM agus é i gcomhlíonadh le IEC61010 agus le haon rialacháin náisiúnta sreangaithe infheidhmithe don tír inar suiteáiltear é.

RABHADH: Ní mór an PSU bheith aon-lochtlamhálach, faofa chuig EN60950-1 agus é nasctha le soláthar ina bhfuil seoltóir talmhaithe cosanta. Tá an OEM nó an suiteálaí freagrach as soláthairtí talmhaithe agus cosaint lochta iarmharaigh don mheaisín iomlán.

Sábháilteacht mheaisín

RABHADH: Tá seans ann NACH gcoiscfear gluaiseacht an mheaisín gan choinne tríd an UCCFusion a mhúchadh nó a aonrú. Moltar don úsáideoir an meaisín a aonrú ón soláthar leictreachais, ó aer comhbhrúite nó ó fhoinsí fuinnimh eile de réir treoracha ó dhéantúsóra an mheaisín sula dtéitear isteach sa chrios guaise nó sula ndéantar aon oibriúcháin chothabhála.

Má úsáidtear an trealamh ar bhealach nach bhfuil mionsonraithe ag an déantúsóir, d'fhéadfadh an chosaint sa trealamh bheith lagaithe.

Tá an córas sábháilteachta stop éigeandála atá comhtháthaithe isteach sa rialaitheoir UCCFusion deartha le catagóir 2 a bhaint amach chuig caighdeán BS EN ISO 13849-1:2008, d'fhéadfadh é seo bheith mar earraí crua cumraithe chun catagóir B a bhaint amach. Dá bhrí sin, ba chóir go mbeadh an chatagóir atá riachtanach dearbhaithe ag an measúnú riosca a rinne suiteálaí an chórais ar an suiteáil.

Ní mór an UCCFusion bheith coimisiúnaithe trí bhogearraí Renishaw. Gan é seo a dhéanamh, d'fhéadfadh gluaiseacht an mheaisín gan choinne a tharlú.

HU: Biztonsági előírások az UCCFusion vezérlő számára

Környezeti feltételek

Beltéri használat	IP30* (BS EN60529:1992)
Tengerszint feletti magasság:	max. 2000 m
Üzemi hőmérséklet	+5 °C – +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 °C – +70 °C
Relatív páratartalom	max 80%. (nem lecsapódó), legfeljebb +31 °C hőmérsékletig lineáris csökkenés 50%-ig +40°C hőmérsékleten
Átütési feszültség	Installation category II
Szennyeződés mértéke	2

MEGJEGYZÉS: Szükségessé válhat az UCCFusion megfelelő elektromos szekrényben elhelyezni a beszerelési környezet feltételeinek megfelelően azért, hogy magasabb IP védettségű értékek érjünk el.

MEGJEGYZÉS: 40°C alatti környezeti hőmérséklet esetén az UCCFusion max 800 W teljesítményt vesz fel. 40°C és 50°C közötti hőmérséklet esetén a maximális felvett teljesítmény 400 W.

FIGYELMEZTETÉS: Az UCCFusion használata nem javasolt 50°C feletti környezeti hőmérséklet esetén.

FIGYELMEZTETÉS: A teljes berendezés földeléséről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembernek kell gondoskodnia.

FIGYELMEZTETÉS: Leválasztás: Az UCCFusion leválasztása az egyenáramú energiaforrásról a csatlakozó leválasztásával történik. Ha egyéb leválasztásra lenne szükség, akkor azt a berendezés gyártójának vagy a termék beszerelőjének kell meghatározni és beszerelnie. A leválasztónak a CMM üzemeltető számára könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, és meg kell felelnie az IEC61010 szabványnak, illetve a területileg érvényes villamos bekötési szabályoknak.

FIGYELMEZTETÉS: A tápegységnek meg kell felelni az EN60950-1 szabvány előírásainak, és védőföldeléssel ellátott aljzathoz kell csatlakoztatni. A teljes berendezés földeléséről és a zavarvédelemről a gyártónak vagy a telepítést végző szakembernek kell gondoskodnia.

Gépbiztonság

FIGYELMEZTETÉS: Az UCCFusion kikapcsolása vagy leválasztása NEM feltétlenül akadályozza meg a berendezés váratlan mozgását. A felhasználónak le kell választania a berendezést az áramforrásról, sűrített levegőről és más energiaforrásokról a berendezés gyártói előírásainak megfelelően, mielőtt veszélyes területekre lépne, illetve bármilyen karbantartási munkát végezne.

A berendezés nem a gyártó által meghatározott módon történő használata befolyásolhatja a berendezés által nyújtott védelmet.

Az UCCFusion vezérlőbe integrált vészleállító biztonsági rendszer megfelel a BS EN ISO13849-1:2008 szabvány 2. kategóriájának; ez lehet a B kategória eléréséhez konfigurált hardver. A rendszer telepítője által a telepítéskor végzett kockázatelemzésnek ezért tartalmaznia kell, hogy mely kategóriára van szükség.

Az UCCFusion kizárólag Renishaw szoftverrel telepíthető, ellenkező esetben váratlan gépmozgások léphetnek fel.

IT: Raccomandazioni di sicurezza per il controllo UCCFusion

Condizioni ambientali

Per uso interno	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitudine	fino a 2000 m
Temperatura di funzionamento	da +5 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -25 °C a +70 °C

Umidità relativa:	80% massimo (senza condensa) per temperature fino a +31 °C Diminuzione lineare fino al 50% a +40 °C
Oscillazioni di tensione	Installation category II
Grado di inquinamento	2

NOTA: Per ottenere una classificazione IP più elevata, potrebbe essere necessario alloggiare il controllo UCCFusion in un armadietto elettrico adeguato alle condizioni ambientali di installazione.

NOTA: In caso di temperature ambientali inferiori a 40 gradi Celsius, la potenza massima di ingresso di UCCFusion è 800W. Se la temperatura è compresa fra 40 e 50 gradi Celsius la potenza massima è 400W.

AVVERTENZA: Si sconsiglia l'utilizzo del controllo UCCFusion in ambienti con temperature superiori a 50 gradi Celsius.

AVVERTENZA: La responsabilità di eseguire la messa a terra dell'intera macchina è a carico dell'OEM o dell'installatore.

AVVERTENZA: Isolamento: Per isolare elettricamente il controllo UCCFusion, scollegare il connettore di alimentazione. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori dispositivi di isolamento, sarà necessario specificare tale esigenza e richiedere al produttore della macchina o all'installatore di provvedere in tale senso. Il dispositivo di isolamento dovrà essere posizionato in un punto facilmente accessibile all'operatore della macchina CMM e dovrà risultare conforme allo standard IEC61010 e a tutte le normative nazionali sui cablaggi in vigore nel paese di installazione.

AVVERTENZA: L'alimentatore PSU deve essere conforme alla norma EN60950-1 e collegato a una sorgente di alimentazione dotata di un sistema di protezione con conduttore di messa a terra. La responsabilità di eseguire la messa a terra del sistema e delle misure di protezione per l'intera macchina è a carico dell'OEM o dell'installatore.

Sicurezza della macchina

AVVERTENZA: Lo spegnimento del controllo UCCFusion o la disconnessione dall'alimentazione NON garantisce che non possano esservi spostamenti imprevisti della macchina. Prima di accedere alla zona di pericolo o di eseguire operazioni di manutenzione, si consiglia di scollegare la macchina, oltre che dall'alimentazione elettrica, anche dall'aria compressa o da altre fonti di energia, in conformità alle istruzioni del produttore.

Se utilizzato in modo non conforme a quanto specificato dal produttore, il dispositivo potrebbe non fornire il livello di protezione previsto.

Il sistema di arresto di emergenza integrato nel controllo UCCFusion è stato progettato per conformarsi alla categoria 2 dello standard BS EN ISO13849-1:2008 e può essere configurato tramite hardware per ottenere la categoria B. La valutazione di rischio, effettuata al momento dell'installazione, da parte del tecnico incaricato determinerà quale sia la categoria richiesta.

La messa in funzione del controllo UCCFusion deve avvenire solo tramite il software Renishaw. In caso contrario la macchina potrebbe non funzionare o generare spostamenti imprevisti.

LT: UCCFusion“ valdiklio saugos rekomendacijos

Aplinkos sąlygos

Naudoti patalpoje	IP30* (BS EN60529:1992)
Aukštis virš jūros lygio	iki 2 000 m
Darbinė temperatūra	nuo +5 °C iki +50 °C
Laikymo temperatūra	nuo -25 °C iki +70 °C
Santykinis oro drėgnis	daugiausia 80 % (nesikondensuojantis), esant temperatūrai iki +31 °C Linijinis mažėjimas iki 50 %, esant +40 °C

Pereinamoji įtampa	Installation category II
Užterštumo laipsnis	2

PASTABA: siekiant išgauti aukštesnius IP parametrus, atsižvelgus į montavimo aplinkos sąlygas, „UCCFusion“ gali reikėti patalpinti į tinkamą elektrinį įdėklą.

PASTABA: kai aplinkos temperatūra nesiekia 40 laipsnių pagal Celsijų, „UCCFusion“ maksimali tiekama galia yra 800 vatų. Esant 40–50 laipsnių pagal Celsijų temperatūrai, maksimali galia yra 400 vatų.

ĮSPĖJIMAS: nerekomenduojama naudoti „UCCFusion“, kai aplinkos temperatūra viršija 50 laipsnių pagal Celsijų.

ĮSPĖJIMAS: atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

ĮSPĖJIMAS: atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

ĮSPĖJIMAS: galios tiekimo įrenginys turi būti atsparus gedimams, patvirtintas pagal EN60950-1 ir prijungtas prie maitinimo tinklo, panaudojant apsauginį įžeminimo laidininką. Atsakomybė dėl viso įrenginio įžeminimo ir liekamosios apsaugos nuo gedimų tenka originalios įrangos gamintojui arba montuotojui.

Įrenginio sauga

ĮSPĖJIMAS: išjungus arba izoliavus „UCCFusion“, gali NEPAVYKTI išvengti netikėto įrenginio pajudėjimo. Naudotojui patariama pagal įrenginio gamintojo nurodymus izoliuoti įrenginį nuo elektros tinklo, suspausto oro arba kitų energijos šaltinių, paskui galima saugiai patekti į pavojaus zoną arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus.

Jei įranga naudojama ne taip, kaip nurodo gamintojas, gali sumažėti įrangos teikiama apsauga.

„UCCFusion“ valdiklyje integruota avarinio sustabdymo saugos sistema pagal BS EN ISO 13849-1:2008 yra 2 kategorijos, tačiau panaudojus techninę įrangą, ji gali būti sukonfigūruota kaip atitinkanti B kategoriją. Todėl sistemos montuotojo atliekamu įrangos rizikos vertinimu turi būti nustatoma, kuri kategorija yra reikalinga.

„UCCFusion“ derinkite tik naudodami „Renishaw“ programinę įrangą; nesilaikant šio nurodymo, įrenginys gali netikėtai pajudėti.

LV: Drošības ieteikumi „UCCFusion” vadāmīerīcei

Apkārtojās vides nosacījumi

Lietošana telpās	IP30* (BS EN60529:1992)
Augstums	līdz 2000 m
Darbības temperatūra	no +5 °C līdz +50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	no -25 °C līdz +70 °C
Relatīvais mitrums	maksimums 80% (bez kondensēšanās) temperatūrā līdz +31 °C Lineārais samazinājums +40 °C temperatūrā līdz 50%
Nestacionārais spriegums	Installation category II
Piesārņojuma pakāpe	2

PIEZĪME: lai iegūtu augstāku ierīces IP (starptautisko aizsardzības) novērtējumu atkarībā no uzstādīšanas vides nosacījumiem, iespējams, ka „UCCFusion” ir nepieciešams ievietot piemērotā elektriski izolējošā apvalkā.

PIEZĪME: izmantojot temperatūrā, kas zemāka par +40 °C, maksimālā pievadāmā elektroenerģijas jauda ir 800 W. Ja temperatūra ir no +40 °C līdz +50 °C, maksimālā jauda ir 400 W.

BRĪDINĀJUMS: nav ieteicams izmantot „UCCFusion”, ja apkārtnē temperatūra pārsniedz +50 °C.

BRĪDINĀJUMS: par pareizu visas ierīces zemēšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.

BRĪDINĀJUMS: atvienošana: „UCCFusion” no līdzstrāvas padeves iespējams atvienot, izmantojot strāvas savienotāju. Ja vajadzīgi papildu atvienošanas līdzekļi, tie ir jānorāda un jānodrošina ierīces ražotājam vai izstrādājuma uzstādītājam. Atvienotājam jābūt novietotam tā, lai tas būtu viegli pieejams CMM operatoram un atbilstu IEC61010 un jebkuriem saistītajiem uzstādīšanas valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.

BRĪDINĀJUMS: nepārtrauktās barošanas avotam jābūt bojājumpiecietīgam, jāatbilst EN60950-1 standartam un jābūt pievienotam strāvas padevei ar aizsargājošu zemējuma vadu. Par pareizu visas ierīces zemēšanu un pārējās pretklūmjū aizsardzības uzstādīšanu ir atbildīgs tās ražotājs vai uzstādītājs.

Ierīces drošība

BRĪDINĀJUMS: „UCCFusion” izslēgšana vai atvienošana NEGARANTĒ to, ka ierīce neuzsāks neparedzētu darbību. Pirms ieiet paaugstinātās bīstamības zonā vai uzsākt apkopes darbus, lietotājam ieteicams saskaņā ar ražotāja instrukcijām atvienot ierīci no strāvas padeves, saspiesta gaisa vai citiem enerģijas avotiem.

Ja izstrādājums tiek lietots veidā, kas neatbilst ražotāja norādītajam, ierīces nodrošinātā aizsardzība var mazināties.

„UCCFusion” vadāmīerīcē iebūvētā avārijas apturēšanas sistēma izstrādāta, lai atbilstu BS EN ISO13849-1:2008 standarta 2. kategorijai, un to iespējams pārveidot, lai atbilstu B kategorijas nosacījumiem. Sistēmas uzstādītājam jāveic riska novērtējums, lai noteiktu, kura drošības kategorija ir nepieciešama.

„UCCFusion” drīkst pārvaldīt, izmantojot tikai „Reinshaw” programmatūru, jo pretējā gadījumā tas var izraisīt ierīces neparedzētu darbību.

MT: Rakkomandazzjonijiet dwar is-sigurtàgħall-UCCFusion controller

Kundizzjonijiet ambjentali

Użu fuq ġewwa	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitudni	sa 2000 m
Temperatura tal-operat	5°Csa +50°C
Temperatura li fiha jista' jinħażen	-25°Csa +70°C
Umditàrelattiva	Massimu ta' 80% (bla kondensazzjoni) għal temperaturi sa +31°C Tnaqqis lineari għal 50% f'temperaturata' +40°C
Vultaġġi temporanji	Installation category II
Grad ta' tniġġiż	2

NOTA: Jista' jkun hemm bżonn li tpoġġi l-UCCFusion għo kompartment elettriku adattat skont il-kundizzjonijiet ambjentali tal-installazzjoni biex tikseb IP rating oġhla.

NOTA: Għal temperaturi ambjentali taħt l-40 grad Celsius, il-provvista massima tad-dawl tal-input għall-UCCFusion hi ta' 800W. Temperaturi bejn l-40 u l-50 grad Celsius, il-provvista massima tad-dawl hi ta' 400W.

TIWISSIJA: UCCFusion mhuwiex rakkomandat għall-użu f'temperaturi ambjentali oġhla minn 50 grad Celsius.

TIWISSIJA: Il-provvedimenti tal-earthing għall-magna sħiħa huma r-responsabbiltà tal-OEM jew tal-installatur.

TIWISSIJA: Izolament: L-UCCFusion jiġi iżolat mill-provvista tad-dawl DC billi tiskonnettja l-konnettur tal-provvista tad-dawl. Jekk ikun hemm bżonn ta' mezz addizzjonali ta' izolament, dawn iridu jiġu speċifikati u jiġu mmuntati mill-operatur tal-magna jew mill-installatur tal-prodott. L-iżolatur irid jitpoġġa fejn ikun jista' jintlaħaq faċilment mill-operatur tas-CMM u jrid ikun konformi ma' IEC61010 u ma' kwalunkwe regolamenti nazzjonali applikabbli dwar il-wiring għall-pajjiż fejn ikun qed jiġi installat.

TIWISSIJA: Il-PSU jrid jittollera ħsara waħda, ikun approvat skont EN60950-1 u jrid jitqabba ma' provvista tad-dawl li tinkorpora konduttur protettiv tal-earth. Il-provvedimenti tal-earthing u l-protezzjoni minn ħsara residwa għall-magna sħiħa huma r-responsabbiltà tal-OEM jew tal-installatur.

Sigurtà tal-magna

TWISSIJA: Li titfi jew li tiżola l-UCCFusion jista' MA JIPPREVENIX moviment mhux mistenni tal-magna. Hu rakkomandat li l-utent jiżola l-magna mill-provvista tad-dawl, minn arja kkompressata jew minn sorsi oħrajn ta' enerġija skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur tal-magna qabel ma jidhol fiż-żona ta' periklu jew qabel ma jwettaq kwalunkwe xogħol ta' manutenzjoni.

Jekk it-tagħmir jintuża b'mod li ma jkunx speċifikat mill-manifattur, il-protezzjoni pprovduta mit-tagħmir tista' titnaqqas.

Is-sistema tas-sigurtà ta' waqfien ta' emerġenza li ġiet integrata fil-kontrollur tal-UCCFusion hi maħsuba biex tilhaq kategorija 2 għal standard BS EN ISO13849-1:2008; din tista' tiġi kkonfigurata permezz tal-hardware biex tintlaq kategorija B. Għalhekk, l-evalwazzjoni tar-riskju li tkun saret mill-installatur tas-sistema fuq l-installazzjoni, suppost li tkun stabbilixxiet liema kategorija hi meħtieġa.

L-UCCFusion irid jiġi kkummissjonat biss permezz tar-Renishaw software. Jekk tonqos li tagħmel dan, dan jista' jirriżulta f'moviment mhux mistenni tal-magna.

NL: Veiligheidsaanbevelingen voor de besturing UCCFusion

Omgevingscondities

Gebruik binnenshuis	IP30* (BS EN60529:1992)
Hoogte	Tot 2000 m
Omgevingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid	Maximaal 80% (geen condensatie) voor temperaturen tot +31 °C Lineaire afname tot 50% bij +40 °C
Piekspanningen	Installation category II
Verontreinigingsgraad	2

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de UCCFusion in een passende behuizing onder te brengen die bij de omgevingscondities past, om een hogere IP-waarde te verkrijgen.

OPMERKING: Voor gebruikstemperaturen onder de 40 °C is het maximale ingangsvermogen van de UCCFusion 800 W. Bij temperaturen tussen 40 en 50 °C bedraagt het maximale vermogen 400 W.

WAARSCHUWING: De UCCFusion wordt niet aanbevolen voor toepassing bij gebruikstemperaturen boven 50 °C.

WAARSCHUWING: Voor aardingsvoorzieningen voor de gehele machine is de OEM of installateur verantwoordelijk.

WAARSCHUWING: Afsluiten: De UCCFusion wordt van de gelijkstroombbron afgesloten door de spanningsconnector te ontkoppelen. Als nog een extra manier van afsluiten gevraagd wordt, dan moet die gespecificeerd en geplaatst worden door de machinefabrikant of de monteur van het product. De afsluitvoorziening moet ruim binnen het bereik van de CMM-operator aangebracht worden en voldoen aan IEC61010 en de andere elektrische regels die gelden in het land van plaatsing.

WAARSCHUWING: De voedingseenheid moet enkele-fouttolerant zijn, goedgekeurd zijn volgens EN60950-1 en worden aangesloten op een stroombron met een aardverbinding ter beveiliging. Aardingsvoorzieningen en beveiliging tegen resterende fouten voor de gehele machine zijn de verantwoordelijkheid van de OEM of installateur.

Machineveiligheid

WAARSCHUWING: De UCCFusion uitschakelen of afsluiten is GEEN garantie tegen onverwachte machinebewegingen. De gebruiker wordt geadviseerd om de machine volgens de instructies van de machinefabrikant af te sluiten van de voedingsspanning, perslucht en andere energiebronnen, en pas daarna

gevaarlijke gebieden te betreden of onderhoud te verrichten.

Gebruik van de apparatuur op een manier die de fabrikant niet voorgeschreven heeft, kan het apparaat beschadigen of de bescherming beperken.

Het veiligheidssysteem met noodstop dat ingebouwd is in de besturing UCCFusion, is afgestemd op realisatie van categorie 2 volgens norm BS EN ISO13849-1:2008. Via hardwareconfiguratie is dit te veranderen in categorie B. De risicobeoordeling door degene die het systeem installeert moet daarom aangeven welke categorie vereist is.

De UCCFusion mag alleen in bedrijf gesteld worden met behulp van Renishaw software, anders kunnen zich onverwachte machinebewegingen voordoen.

PL: Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla sterownika UCCFusion

Warunki środowiskowe

Urządzenie przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach	Stopień ochrony IP30* (BS EN60529:1992)
Wysokość nad poziomem morza	do 2000 m
Temperatura pracy	od +5°C do +50°C
Temperatura przechowywania	od -25°C do +70°C
Wilgotność względna	maksymalnie 80% (bez kondensacji pary wodnej) w temperaturach do +31°C liniowy spadek do 50% w temperaturze +40 °C
Napięcie przejściowe	Installation category II
Stopień skażenia	2

UWAGA: W celu osiągnięcia wyższego stopnia ochrony, konieczne może być umieszczenie sterownika UCCFusion w odpowiedniej obudowie elektrycznej, zgodnie z warunkami środowiskowymi instalacji.

UWAGA: Przy temperaturze otoczenia niższej niż 40°C, maksymalna moc wejściowa dla sterownika UCCFusion wynosi 800W. Przy temperaturach pomiędzy 40°C a 50°C, maksymalna moc wejściowa wynosi 400W.

OSTRZEŻENIE: Nie zaleca się używania sterownika UCCFusion w temperaturze otoczenia powyżej 50°C.

OSTRZEŻENIE: Za zapewnienie warunków uziemienia całej maszyny jest odpowiedzialny producent maszyny lub instalator.

OSTRZEŻENIE: Izolacja: Sterownik UCCFusion jest izolowany od zasilania prądem stałym poprzez odłączenie złącza zasilania. Gdy wymagane są jakiegokolwiek dodatkowe środki odłączania, ich dane techniczne muszą być określone i muszą one być zainstalowane przez producenta maszyny lub instalatora produktu. Odłącznik musi być umieszczony w taki sposób, aby zapewniać operatorowi maszyny współrzędnościowej łatwy dostęp do niego oraz musi spełniać wymagania IEC61010 i wszelkich przepisów dotyczących okablowania, jakie obowiązują w kraju instalacji.

OSTRZEŻENIE: Zasilacz powinien tolerować tylko "jedną usterkę", jak określono w normie EN60950-1 i musi być podłączony do zasilania wyposażonego w przewód uziemienia ochronnego. Zapewnienie warunków uziemienia oraz ochrona przed ryzykiem resztkowym całej maszyny są odpowiedzialnością producenta sprzętu oryginalnego lub instalatora.

Bezpieczeństwo maszyny

OSTRZEŻENIE: Wyłączenie lub odizolowanie sterownika UCC Fusion może NIE zapobiec nieoczekiwanym ruchom maszyny. Zaleca się, aby przed wejściem do strefy niebezpiecznej lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych użytkownik odizolował maszynę od zasilania prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem bądź od innych źródeł energii, zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.

Jeżeli wyposażenie jest użytkowane w inny sposób niż określili to producent, zabezpieczenie zapewniane przez to wyposażenie może być osłabione.

Połączony ze sterownikiem UCCFusion, system awaryjnego zatrzymania został zaprojektowany aby osiągnąć kategorię 2, zgodnie z normą BS EN ISO13849-1:2008, co można skonfigurować sprzętowo aby osiągnąć kategorię B. Ocena ryzyka wykonana przez instalatora systemu podczas instalacji powinna więc określać, która kategoria jest wymagana.

Sterownik UCCFusion powinien być uruchomiony tylko poprzez oprogramowanie firmy Renishaw. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nieoczekiwany ruch maszyny.

PT: Recomendações de segurança para o comando UCCFusion

Condições ambientais

Uso interno	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitude	até 2000 m
Temperatura operacional	+5 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C a +70 °C
Umidade relativa	80% máximo (sem condensação) para temperaturas até +31 °C Redução linear até 50% a +40 °C
Tensões transientes	Installation category II
Grau de poluição	2

NOTA: Pode ser necessário alojar o UCCFusion em um invólucro elétrico apropriado, de acordo com as condições ambientais da instalação, para obter um grau de proteção IP mais alto.

NOTA: Para temperaturas ambiente abaixo de 40 graus Celsius, máxima potência de entrada para o UCCFusion é 800W. Para temperaturas entre 40 e 50 graus Celsius a potência máxima é 400W.

ATENÇÃO: O UCCFusion não é recomendado para uso em temperaturas ambiente acima de 50 graus Celsius.

ATENÇÃO: O aterramento da máquina completa é de responsabilidade do OEM ou instalador.

ATENÇÃO: Isolamento: O UCCFusion é isolado da alimentação DC através da desconexão do conector de potência. Se qualquer outro meio de isolamento for necessário, o mesmo deverá ser especificado e preparado pelo fabricante da máquina ou instalador do produto. O isolador deve ser de fácil acesso para o operador da MMC e atender à norma IEC61010 e todas as demais regulamentações elétricas nacionais do país onde estiver instalado.

ATENÇÃO: A unidade de alimentação deve ser tolerante a falha singular, aprovada conforme EN60950-1 e ser conectada a uma alimentação que incorpore um condutor terra. O aterramento e a proteção contra falha residual da máquina completa são de responsabilidade do OEM ou instalador.

Segurança da máquina

ATENÇÃO: O desligamento ou o isolamento do UCCFusion pode NÃO impedir um movimento inesperado da máquina. Antes de entrar na zona de perigo ou executar trabalhos de manutenção, recomendamos que o usuário isole a máquina da alimentação elétrica, ar comprimido ou outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante.xxxxxxxx

Se o equipamento for utilizado de modo não especificado pelo fabricante, a proteção oferecida poderá ser prejudicada.

O sistema de segurança de parada de emergência que foi integrado ao comando UCCFusion é projetado para atingir a categoria 2 da norma BS EN ISO13849-1:2008, que pode ser configurado no hardware para obter a categoria B. A avaliação de risco realizada pelo instalador do sistema na instalação deve, portanto, ter determinado qual categoria é necessária.

O UCCFusion somente deve ser colocado em funcionamento através do software Renishaw. Se isto não for observado, podem ocorrer movimentos inesperados da máquina.

RO: Recomandări de siguranță pentru controller-ul UCCFusion

Condiții de funcționare

Utilizare numai la interior	IP30* (BS EN60529:1992)
Altitudine	până la 2000 m
Temperatura de funcționare	De la +5 °C la +50 °C
Temperatura de depozitare	De la -25 °C la +70 °C
Umiditate relativă	Maxim 80% (fără condensare) pentru temperaturi până la +31 °C Scădere liniară până la 50% la +40 °C
Tensiuni tranzitorii	Installation category II
Grad de poluare	2

NOTĂ: Pentru a ridica gradul de izolație IP poate fi necesară închiderea controller-ului UCCFusion într-o incintă suplimentară, în funcție de condițiile de mediu din punctul de instalare.

NOTĂ: Pentru temperaturi sub 40 grade Celsius, puterea maximă de intrare a controller-ului UCCFusion este de 800W. Pentru temperaturi între 40 și 50 grade Celsius puterea maximă este 400W.

ATENȚIE: Nu se recomandă utilizarea UCCFusion la temperaturi mai mari de 50 grade Celsius.

ATENȚIE: Împământarea întregii mașini este responsabilitatea OEM sau a instalatorului.

ATENȚIE: Izolație: UCCFusion se poate izola de sursele de tensiune continuă prin decuplarea conectorului de alimentare. Dacă sunt necesare nivele suplimentare de izolație, acestea trebuie specificate și instalate de către producătorul sau instalatorul mașinii. Comanda izolației trebuie poziționată la îndemâna operatorului și trebuie să fie conformă cu IEC61010 și cu normele naționale aplicabile în țara de instalare.

ATENȚIE: Sursa de energie electrică trebuie să permită o singură cădere (siguranță), conform cu EN60950-1 și trebuie să aibă împământare. Realizarea împământărilor și protecția la tensiuni reziduale pentru întreaga mașină este responsabilitatea OEM sau a instalatorului.

Recomandări de siguranță

ATENȚIE: Oprirea sau izolarea controller-ului UCCFusion NU împiedică mișcările neprevăzute ale mașinii. Utilizatorului i se recomandă deconectarea mașinii de la sursa de energie electrică, sursa de aer comprimat și alte surse de energie, în conformitate cu instrucțiunile producătorului, înainte de a pătrunde în zona periculoasă sau de a efectua orice lucrări de întreținere.

Dacă echipamentul este utilizat într-o manieră nespecificată de producător, protecția oferită de echipament poate fi diminuată.

Sistemul de oprire de urgență integrat în UCCFusion este proiectat să se încadreze în categoria 2 a standardului BS EN ISO13849-1:2008 și poate fi configurat hardware pentru a obține categoria B. Evaluarea riscurilor efectuată de către instalatorul sistemului la instalare trebuie să determine ce categorie este necesară.

UCCFusion trebuie comandat numai prin intermediul software-ului Renishaw, nerespectarea acestei condiții putând duce la mișcări neprevăzute ale mașinii.

SK: Bezpečnostné odporúčania pre riadiacu jednotku UCCFusion

Podmienky okolitého prostredia

Použitie v interiéri	IP30* (BS EN60529:1992)
Nadmorská výška	do 2000 m
Prevádzková teplota	+5 °C až +50 °C

Skladovacia teplota	-25 °C až +70 °C
Relatívna vlhkosť	maximálne 80 % (bez kondenzácie) pre teploty do +31 °C Lineárny pokles na 50 % pri +40 °C
Prechodné napätia	Installation category II
Stupeň znečistenia	2

POZNÁMKA: Jednotku UCCFusion môže byť potrebné umiestniť do vhodnej elektrickej skrinky podľa podmienok okolitého prostredia danej inštalácie, aby sa dosiahlo vyššie krytie IP.

POZNÁMKA: Pre okolité teploty do 40 stupňov Celzia je maximálny príkon jednotky UCCFusion 800 W. Pre teploty od 40 do 50 stupňov Celzia je maximálny príkon 400 W.

VÝSTRAHA: Jednotku UCCFusion sa neodporúča používať pri okolitých teplotách nad 50 stupňov Celzia.

VÝSTRAHA: Uzemnenie celého prístroja je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.

VÝSTRAHA: Izolácia: Jednotka UCCFusion je izolovaná od jednosmerného napájacieho zdroja odpojením napájacieho konektora. Ak sa vyžadujú akékoľvek ďalšie spôsoby izolácie, musí ich špecifikovať a nainštalovať výrobca prístroja alebo firma vykonávajúca inštaláciu výrobcu. Izolátor musí byť umiestnený tak, aby bol ľahko dostupný pre operátora súradnicového meracieho prístroja (CMM) a musí spĺňať normu IEC61010 a všetky príslušné národné predpisy týkajúce sa káblových rozvodov platné v krajine inštalácie.

VÝSTRAHA: Jednotka napájacieho zdroja musí byť odolná voči jednej poruche, schválená podľa normy EN60950-1 a musí byť pripojená k napájaniu s ochranným uzemňovacím vodičom. Uzemnenie celého prístroja a jeho ochrana prúdovým chráničom je zodpovednosťou pôvodného výrobcu zariadenia (OEM) alebo firmy vykonávajúcej inštaláciu.

Bezpečnosť prístroja

VÝSTRAHA: Vypnutie alebo izolácia jednotky UCCFusion NEMUSÍ zabrániť neočakávanému pohybu prístroja. Pred vstupom do nebezpečnej zóny alebo pred vykonaním ľubovoľných údržbových postupov sa používateľovi odporúča izolovať prístroj od zdroja elektrickej energie, stlačeného vzduchu alebo iných zdrojov energie v súlade s pokynmi výrobcu prístroja.

Ak sa zariadenie používa spôsobom, ktorý nešpecifikoval výrobca, môže to negatívne ovplyvniť ochranu poskytovanú zariadením.

Bezpečnostný systém núdzového vypnutia, ktorý bol integrovaný do riadiacej jednotky UCCFusion, je navrhnutý tak, aby spĺňal kategóriu 2 podľa normy BS EN ISO13849-1:2008. Môže byť hardvérový nakonfigurovaný tak, aby spĺňal kategóriu B. Vyhodnotenie rizika firmou vykonávajúcou príslušnú inštaláciu systému preto musí zahŕňať určenie toho, ktorá kategória sa vyžaduje.

Jednotka UCCFusion sa smie uvádzať do prevádzky iba prostredníctvom softvéru od spoločnosti Renishaw, inak to môže spôsobiť neočakávaný pohyb prístroja.

SL: Varnostna priporočila za krmilnik UCCFusion

Okoljski pogoji

Uporaba v zaprtih prostorih	IP30* (BS EN60529:1992)
Nadmorska višina	do 2000 m
Delovna temperatura	+5 °C do +50 °C
Temperatura skladiščenja	-25 °C do +70 °C
Relativna vlažnost	Največ 80 % (brez kondenzacije) za temperature do +31 °C Linearno zmanjšanje do 50 % pri +40 °C

Prehodne napetosti	Installation category II
Prehodne napetosti	2

OPOMBA: Ohišje naprave UCCFusion je morda treba spraviti v primerno električno omarico v skladu z okoljskimi pogoji inštalacije, s čimer naprava dobi višjo stopnjo zaščite IP.

OPOMBA: Maksimalna vhodna moč naprave UCCFusion pri temperaturah okolice pod 40 °C je 800 W. Maksimalna moč pri temperaturah med 40 in 50 °C je 400 W.

OPOZORILO: Uporaba naprave UCCFusion ni priporočljiva pri temperaturah okolice nad 50 °C.

OPOZORILO: Ozemljitev celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.

OPOZORILO: Izolacija: UCCFusion se od enosmernega električnega napajanja loči z odklopom električnega priključka. Če so potrebna dodatna sredstva za ločevanje, jih mora določiti in vgraditi proizvajalec stroja oz. tisti, ki je izdelek inštaliral. Ločilno sredstvo mora biti nameščeno v doseg operatorja KMS in mora biti skladno s standardom IEC61010 ter z vsemi veljavnimi državnimi predpisi o električnih napeljavah v državi inštalacije.

OPOZORILO: Napajalnik mora biti tolerant na posamične napake, skladen z EN60950-1 in priključen na električno omrežje z vodnikom zaščitne ozemlitve. Ozemljitev in zaščita pred okvarnim tokom celotnega stroja je odgovornost proizvajalca originalne opreme ali inštalaterja.

Varnost stroja

OPOZORILO: Izklop ali ločitev naprave UCCFusion NE more zanesljivo preprečiti nepričakovanih gibanj stroja. Uporabniku priporočamo, naj loči stroj od virov električnega napajanja, stisnjenega zraka in drugih virov energije v skladu z navodili proizvajalca stroja, preden vstopi v nevarno območje ali se loti vzdrževalnih del.

Drugačna uporaba opreme, kot jo je predpisal proizvajalec, lahko povzroči izpad zaščitnih funkcij opreme.

Varnostni sistem za zaustavitev v sili, ki je integriran v krmilnik UCCFusion, je zasnovan za kategorijo 2 po standardu standard BS EN ISO13849-1:2008, in ga je mogoče hardversko konfigurirati za kategorijo B. Katera kategorija je potrebna, se določi z oceno tveganj, ki jo izdela inštalater sistema za vsak primer posebej.

Krmilnik UCCFusion je dovoljeno zagnati samo s programsko opremo Renishaw, v nasprotnem primeru lahko pride do nepričakovanih gibanj stroja.

SV: Säkerhetsrekommendationer för styrenheten UCCFusion

Miljöförhållanden

Inomhusanvändning	IP30* (SS-EN60529:1992)
Altitud	upp till 2 000 m
Driftstemperatur	+5 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C till +70 °C
Relativ fuktighet	Högst 80 % (ingen kondens) för temperaturer upp till +31 °C Linjär minskning till 50 % vid +40 °C
Transientspänningar	Installation category II
Utsläppsgrad	2

OBS: Det kan vara nödvändigt att bygga in UCCFusion i en lämplig elektrisk kapsling i enlighet med installationens miljöförhållanden, för att nå ett högre IP-värde.

OBS: För omgivningstemperaturer under 40 grader Celsius är den maximala ineffekten 800 W för UCCFusion. Vid temperaturer mellan 40 och 50 grader Celsius är den maximala effekten 400 W.

WARNING: UCCFusion rekommenderas inte för användning i omgivningstemperaturer över 50 grader Celsius.

WARNING: Hela maskinen måste jordas – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.

WARNING: Bryta strömmen: UCCFusion avskiljs från likströmsmatningen genom att dra ur kontakten. Om andra metoder behövs för att bryta strömmen måste maskintillverkaren eller installatören specificera och montera dessa. Brytaren måste sitta så att CMM-operatören enkelt kan komma åt den. Den ska följa IEC61010 och andra tillämpliga regler för elinstallation i det land där installationen sker.

WARNING: Nätenheten (PSU) måste kunna stå emot enkla fel, vara godkänd enligt SS-EN60950-1 och måste vara ansluten till en matning som har skyddsjordsledare. Hela maskinen måste jordas och jordfelsbrytare installeras – detta ansvar åligger återförsäljaren eller installatören.

Maskinsäkerhet

WARNING: Även om UCCFusion stängs av eller kopplas från så kan ÄNDÅ oväntade maskinrörelser uppstå. Användaren rekommenderas att bryta strömmen, tryckluften och andra energikällor till maskinen, i enlighet med maskintillverkarens anvisningar innan någon person går in i riskzonen eller utför något underhåll.

Om utrustningen används på ett sätt som inte tillverkaren har avsett kanske skyddet fungerar sämre.

Nödstopps-/säkerhetssystemet som har integrerats i styrenheten för UCCFusion är konstruerad för att uppfylla kategori 2 enligt standarden SS-EN ISO13849-1:2008. Detta kan konfigureras med maskinvara för att uppnå kategori B. Den riskutvärdering som systeminstallatören gjort för installationen ska därför ha fastställt vilken kategori som krävs.

UCCFusion får endast tas i drift med programvara från Renishaw – om detta inte efterföljs kan oväntade maskinrörelser inträffa.

